



Caridade de Alfenas "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro"

CNPJ 16.650.756/0001-16

Rua Martins Alfenas Nº 1616 – Centro – CEP 37130-081

Alfenas – Minas Gerais – Tel. (035) 3299-6464

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇO.

Fonte de Recurso: RESOLUÇÃO SES Nº 7.545, 15 DE JUNHO DE 2.021.

Tipo de compra: Menor preço e ou padronização, conforme descrição constante na planilha - Anexo I.

Senhores diretores,


Visando a aquisição de equipamento e acessórios abaixo relacionados, solicitamos que envie a PROPOSTA com especificação item por item com identificação em papel timbrado do fornecedor, carimbado e assinado, validade da proposta e prazo de entrega, conforme descrito no Anexo I, para Casa de Caridade de Alfenas, Rua Martins Alfenas, 1616, bairro centro, Alfenas-MG, CEP 37130-081, pelos Correios (sedex) juntamente com os documentos:

Período de apresentação da proposta: 14/02/2022 a 21/02/2022.

- 1- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresarial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores.
- 2- Certidão negativa de débito para com o INSS ou prova que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou, ainda, prova de garantia em juízo, de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio, sendo que a empresa deverá se manter em dia com esta obrigação durante a vigência do contrato, com a necessidade da apresentação de prova documental, a cada mês.
- 3- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, sendo que a empresa deverá se manter em dia com esta obrigação durante a vigência do contrato, com necessidade da apresentação de prova documental, a cada mês.
- 4- Prova de Regularidade para com a Secretaria da Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.
- 5- Prova de Regularidade para Dívida Ativa da União.
- 6- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- 7- Alvará de Autorização Sanitária

As dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail comprasgerenciais@santacasaalfenas.com.br ou pelo telefone (35) 32922-6464.

Alfenas, 14 de fevereiro de 2022.


Dr. Edward Quirino dos Santos
Provedor



Casa de Caridade de Alfenas "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro"

CNPJ 16.650.756/0001-16
 Rua Martins Alfenas Nº 1616 – Centro – CEP 37130-081
 Alfenas – Minas Gerais – Tel. (035) 3299-6464

**ANEXO I - RELAÇÃO DOS ITENS PARA COTAÇÃO DE BENS PERMANENTES – TOMADA DE PREÇO.
 RESOLUÇÃO SES Nº 7.545, 15 DE JUNHO DE 2.021.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO RENAME	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1º	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA BASE: RECUADA, CONSTRUÍDA EM METALON DE AÇO CARBONO RETANGULAR; 50 X 30 X 2,0 MM, REVESTIDA POR CARENAGEM TERMO CONFORMADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRADO: CONSTRUÍDO EM METALON DE AÇO CARBONO RETANGULAR; 50 X 30 X 2,0 MM. LEITO: ARTICULADO EM 4 SEÇÕES, COM ESTRUTURA RÍGIDA EM CHAPA DE AÇO PERFORADO DE 2,0 MM. GRADES LATERAIS: DOIS PARES DE GRADES LATERAIS, SENDO UM PAR NO DORSO E UM PAR NA PERNA, DE ATUAÇÃO INDEPENDENTE, INJETADAS EM POLIETILENO, FIXADOS À CAMA, COM SISTEMA RETRÁTIL, PERMITINDO QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DO LEITO. MOVIMENTOS: OS MOVIMENTOS FAWLER, SEMI-FOWLER, SENDADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDIACO, ELEVAÇÃO DE LEITO, TRENDELEMBURG E PROCLIVE, COMANDADOS POR MOTORES, DOTADOS DE FIM DE CURSO E BLINDADOS, PARA PROTEÇÃO, TENSÃO PRINCIPAL BIVOLT, 50/60 HZ; COM UNIDADES DE BATERIA DE TENSÃO 24 V, CORRENTE 10A, CORREARGÁVEIS. TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES (LADO INTERNO E EXTERNO) E NA PESEIRA. SUPERVISOR DE OPERAÇÃO DAS FUNÇÕES DA CAMA NA PESEIRA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS MOVIMENTOS DAS GRADES, COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA CPR (PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA) RETORNANDO A CAMA À POSIÇÃO HORIZONTAL ATRAVÉS DE COMANDO ÚNICO. CONTROLE: CONTROLE SUPERVISOR AÇO: CONTROLE REMOTO A FIO QUE CONTROLA TODOS OS MOVIMENTOS DA CAMA, E POSSUI DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE TRAVA OS MESMOS/CONTROLE DE ENFERMAGEM. PARA-CHOQUE: PARA-CHOQUES FIXADOS ÀS EXTREMIDADES PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS POR CHOQUES EM PAREDES E/OU OUTROS MOVEIS. RODÍZIOS: RODÍZIOS DE 150 MM DE DIÂMETRO COM BANDA DE RODAGEM CONDUTIVA EM POLIURETANO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM RESINA EPOXI POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE: 180 KG. DIMENSÕES – EXTERNAS: 2,13 X 1,05 M (± 0,15 M) – INTERNAS: 1,90 X 0,90 M (± 0,15 M) – ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 0,30 M (± 0,5 M) – ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 0,80 M (± 0,5 M).	UNITÁRIO	43	1002		
2º	CARRO MACA SIMPLES; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA EM TUBO AÇO INOX DE 31,75 X 1,2 MM. LEITO: REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 1,2 MM COM CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. GRADES LATERAIS: DE TOMBAR EM TUBO DE AÇO INOX 22 X 22 X 1,2 MM. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO E COLCHONETE. PARA-CHOQUE: DE BORRACHA EM TODA VOLTA. RODÍZIOS: DE 125 MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: MÁXIMA PERMITIDA É DE 180 KG. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: DE 1,90 M (VARIANDO DE 1 EM 1 CM) LARGURA: DE 0,60 M (VARIANDO DE 1 EM 1 CM) ALTURA: DE 0,45 M A 0,80 M (VARIANDO DE 1 EM 1 CM).	UNITÁRIO	3	1488		
3º	SUPORTE DE SORO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BASE PLÁSTICO INJETADO, CAPA TERMOPLÁSTICA COM 5 PÉS. COLUNA: EM TUBO DE AÇO INOX DE 25,4 X 1,2 MM HASTE INOX; COM 4 GANCHOS. ALTURA REGULÁVEL.	UNITÁRIO	4	2369		

Alfenas, 14 de Fevereiro de 2022.

Edward Quirino dos Santos
 Dr. Edward Quirino dos Santos
 Provedor